

Postępowanie nr WB.2410.37.2017.RM

Wrocław, dnia 16 listopada 2017 roku

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:

Dostawa wirówek oraz mikrowirówek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania:

Zadanie 1: Dostawa wirówki mikrolitrowej (1szt) dla Zakładu Biotransformacji,

Zadanie 2: Dostawa miniwirówki (1szt) dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki,

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek laboratoryjnych (2szt) dla Zakładu Mikrobiologii Molekularnej oraz Zakładu Chemii Biologicznej,

Zadanie 4: Dostawa wirówki do płytek (1szt) dla Pracowni Białek Jądrowych

### **Informacja nr 2 dla Wykonawców**

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.):

#### **Pytania od Wykonawcy 2:**

##### **Dot. Zadania nr 4 – Wirówka do płytek**

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z przyspieszeniem 500 x g oraz z prędkością 2500 rpm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę z zaproponowanym przyspieszeniem oraz prędkością.

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę na mikropłytki bez adaptera do probówek 0,2 ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wirówki bez adaptera.

**Dot. Zadania nr 2 – Miniwirówka**

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z przyspieszeniem 12 225 x g?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o takich parametrach.

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem prędkości 1000-13500rpm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 170 x 226 x 183 mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dr Marta Kołodziejczak