Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 72 57
fax +48 71 328 23 48
e-mail: dziekan@chem.uni.wroc.pl
www.chem.uni.wroc.pl

Postępowanie Nr WCH.2420.10.2017.HS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy prawo zamówień publicznych

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający" – Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

„Postępowanie" – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ" – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

„Zamówienie" – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 SIWZ.

"Wykonawca" – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

Dane Zamawiającego:

NIP: PL 896-000-54-08

Dokładny adres do korespondencji:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii,

Ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 71 375 7420

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetarg@chem.uni.wroc.pl

Znak Postępowania: WCH.2420.10.2017.HS

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć urządzenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w SIWZ. Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części:

Zadanie 1 Zestawy wyparne

Zadanie 2 Termostaty cyrkulacyjne

Zadanie 3 Piece Laboratoryjne

Zadanie 4 Refraktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia, polarymetr, wirówka laboratoryjna

Zadanie 5 Systemy oczyszczania wody

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

38436200-2 Wyparki rotacyjne

42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria

42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie do 40 dni od dnia

zawarcia umowy. Miejscem dostawy jest Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii Ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę urządzeń laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż:

Zadanie 1 20 000,00PLN

Zadanie 2 17 500,00PLN

Zadanie 3 10 000,00PLN

Zadanie 4 5 000,00PLN

Zadanie 5 13 000,00PLN

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 4 ust. 2 lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP, który:

a) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Działając na podstawie art. 24aa 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia w odpowiedzi na wezwanie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza podanie opisu technicznego na osobnych stronach. W opisie technicznym należy podać typ i producenta urządzenia oraz dane techniczne sporządzone w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do

jednoznacznego opisu, z którego w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWIZ. Zgodność oferowanego urządzenia z podanym w SIWZ opisem przedmiotu zamówienia będzie weryfikowana na podstawie złożonej wraz z ofertą specyfikacji urządzenia w postaci dostarczonej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu. W przypadku, gdy Zamawiający podał przykładowy model spełniający wymagania Zamawiającego, opis techniczny i dokumentacje producenta należy dołączyć tylko wtedy, gdy Wykonawca zaoferował produkt równoważny. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentacji producenta sprzętu w języku angielskim.

W przypadku gdy wykonawca dołączy wyżej wymienione dokumenty do oferty będą one ocenione tylko w przypadku oświadczenia Wykonawcy, że stanowią one integralna część oferty i podlegają ocenie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, Sekcja Finansowa, Ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetarg@chem.uni.wroc.pl a faksem na nr 713757420. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Hanna Skornowicz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

7. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

W cenę urządzeń musi być wliczony koszt dostawy i ubezpieczenia, montażu, wniesienia, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Wydziału Chemii w zakresie obsługi. Oferowane urządzenia muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom Zamawiającego zawartymi w SIWZ. Gwarancja minimum 24 miesiące. Termin płatności za wykonaną dostawę nie może być krótszy niż 21 dni licząc od daty przekazania faktury VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Wymagany termin realizacji. zamówienia do 40 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz

z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„ Oferta w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych nr sprawy WCH.2420.10.2017.HS. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 9 maja 2017r o godz. 12.00" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sekcja Finansowa Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – 50-383 Wrocław, ul.F.Joliot-Curie 14 pokój nr 11

do dnia 9 maja 2017r do godz. 11.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na Wydziale Chemii U.Wr przy ul.F.Joliot-Curie 14 we Wrocławiu –pok. nr 9, I piętro w dniu **9 maja 2017r. o godz. 12.00.**

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://www.bip.uni.wroc.pl/ informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącym Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Cena musi być podana

i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena oferty powinna wynikać z sumy iloczynów cen jednostkowych netto i ilości towaru, powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Od Wykonawcy, z którym w wyniku toczącego się postępowania zostanie podpisana umowa dostawy Zamawiający będzie wymagał podania cen jednostkowych przed podpisaniem umowy.

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena – 60 %,

Okres gwarancji – 40 %.

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

- dla kryterium „cena” $C = C_n / C_o$ x 100 pkt x 60%

gdzie:

C = przyznane punkty

C_n = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

C_o = cena oferty ocenianej

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

- dla kryterium okres gwarancji $R = R_o / R_{nw}$ x 100 pkt x 40 %.

gdzie:

R – przyznane punkty

R_o – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za okres gwarancji

R_{nw} - najwyższa ilość punktów za okres gwarancji spośród ocenianych ofert

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

- łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + R

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

R – punkty za okres gwarancji.

Ocena ofert w kryterium okres gwarancji dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:

- oferta zawierająca 37 do 48 lub więcej miesięczny okres gwarancji **– 100 pkt,**
- oferta zawierająca 25 do 36 miesięczny okres gwarancji **– 80 pkt,**
- oferta zawierająca 24 miesięczny okres gwarancji **– 0 pkt**

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ustawy. Działając na podstawie art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia tytułem należytego wykonania umowy

13. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia**.** Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych danych identyfikacyjnych

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i/lub typu dostarczanej aparatury na wniosek Wykonawcy pod warunkiem że oferowana aparatura będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej lub niższej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany

14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017r.

ZATWIERDZAM

Dziekan Wydziału Chemii
Prof. dr hab. Anna Trzeciak

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Druk oferty

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

Zestaw wyparny:
wyparka rotacyjna z pompą, kontrolerem próżni i butelką Woulffa - 2szt

Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów

System wyparny powinien składać się z następujących, współpracujących ze sobą elementów: wyparki rotacyjnej, chemoodpornej membranowej pompy próżniowej, kontrolera próżni i butelki Woulffa.

Wyparka rotacyjna		**Szt.**	**Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu z podaniem typu, producenta i parametrów technicznych**
Regulacja liczby obrotów kolby destylacyjnej	• Pokrętło • Zakres prędkości: co najmniej 20 – 280 obrotów/minutę	**2**	
Regulacja wysokości układu destylacyjnego	Ręczne z mechanicznym wspomaganiem		
Łaźnia	• Cyfrowa regulacja i odczyt temperatury łaźni w zakresie co najmniej: +20°C do +95°C • Wyświetlacz cyfrowy • Misa łaźni wykonana ze stali nierdzewnej • Zabezpieczenie przeciwko przegrzewaniu		
Chłodnica	• Szklana chłodnica pionowa z pokryciem przeciwimplozyjnym z układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące i źródło próżni • Powierzchnia chłodząca co najmniej 1450 cm^2		
Szlify	• Po stronie destylacyjnej: NS29,2/32 • Po stronie odbierającej szlif kulisty		
Wymiary wyparki wraz z łaźnią i chłodnicą pionową (długość mm x szerokość mm x wysokość mm)	Max. 650x950x550		

Waga (wraz z łaźnią)	Max. 20 kg		
Pompa próżniowa chemoodporna			
Regulacja ciśnienia	Poprzez interfejs kontrolera próżni		
Liczba stopni	2		
Maksymalna szybkość pompowania w trybie standardowej pracy	min. 1.3 m^3/h		
Końcowa próżnia	10-12 mbar		
Pobór mocy w trybie standardowej pracy	150 W plus/minus 5W		
Prędkość nominalna	Wartość maksymalna co najmniej 1280 rpm		
Wymiary (pompa) (długość x szerokość x wysokość)	max. 200x300x230 mm		
Waga (pompa)	max. 5.8 kg		
Poziom hałasu dla 50 Hz	max. 57 dBA		
Kontroler próżni			
Zakres pomiarowy ciśnienia	Co najmniej: 1 mbar – 1380 mbar		
Zakres kontroli ciśnienia	Co najmniej: 1 mbar – 1080 mbar		
Dokładność pomiaru	Plus/minus 2 mbar		
Pobór mocy w trybie standardowej pracy	10 W plus/minus 0.5W		
Wyświetlacz	• Typu LCD, graficzny, monochromatyczny, co najmniej 3,8” • Umożliwiający jednoczesny odczyt aktualnego i zadanego ciśnienia		
System zabezpieczający	Automatyczne zapowietrzenie		

przed nadciśnieniem			
Załączone do zestawu akcesoria			
Każda wyparka powinna być wyposażone w dodatkowe akcesoria: kolba destylacyjna, odbieralnik o pojemności 1 litra, łaźnia wodna, wąż do połączenia wyparki z pompą, wąż do połączenia wyparki z termostatem cyrkulacyjnym, butelka Woulffa. Otrzymany zestaw powinien być kompletny i nie wymagać zakupu dodatkowych, nie wymienionych powyżej, elementów i akcesoriów.			

…… *(miejscowość, data)*

……. *(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań*

Zadanie 2

Termostat cyrkulacyjny (Cyrkulator, Chiller laboratoryjny) 3szt

Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów

Chiller laboratoryjny		**szt.**	**Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu z podaniem typu, producenta i parametrów technicznych**
Zakres temperatury	co najmniej -10°C do +40°C	**3**	
Stabilność temperatury	Co najmniej plus/minus 1°C		
Wyświetlacz	Elektroniczny, pozwalający ustalić temperaturę chłodziwa z dokładnością do 1°C		
Minimalna objętość chłodziwa	1,9 litra		
Informacje o błędach i usterkach	Informacja w postaci sygnału dźwiękowego lub sygnał wizualny na wyświetlaczu		
Uzupełnianie chłodziwa	Przez wlew na górnej ścianie urządzenia		
Układ dwóch króćców pozwalający na podłączenie węży do wody o średnicy wewnętrznej 8-13 mm			
Poziom hałasu	Max. 59 dBA		

…… ……

(miejscowość, data) *(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań*

Zadanie 3

Piece laboratoryjne

Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów

Piece laboratoryjne		**szt.**	**Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu z podaniem typu, producenta i parametrów technicznych**
Piec laboratoryjny 53 litry pojemności		**1**	
Pojemność	53 l		
Zakres temperatury	Od (co najwyżej) 5°C powyżej temperatury otoczenia – do co najmniej 300°C		
Wyświetlacz	Cyfrowy, kolorowy		
Kontrola funkcji	Cyfrowy wielofunkcyjny wyświetlacz z mikroprocesorem		
Ilość poziomów	4		
Materiał wnętrza	Stal nierdzewna		
Dokładność	Rozdzielczość wyświetlacza dla ustalonych wartości co najmniej 0.1°C dla wartości do 99.9°C i co najmniej 0.5 °C powyżej 100°C		
Parametry kontrolowalne	Temperatura, pozycja klapy powietrza, czas programu, strefy czasowe, czas letni/zimowy		
Język wyświetlacza	Niemiecki, angielski		
Timer	Cyfrowy, odliczający od końca, regulacja od 1 minuty do 99 dni		
Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu	• Mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 20°C • klasa bezpieczeństwa co najmniej 1 zgodnie z DIN12880		
System autodiagnostyczny	Do analizy usterek i błędów		
Wymiary obudowy (szer. x gł. x	Max. 600 x 530 x 800		

wys.)~mm			
Wymiary wnętrza (szer. x gł. x wys.)~mm	Max. 420 x 350 x 420		
Masa (kg)	Max. 60 kg		
Piec laboratoryjny 32 litry pojemności		**1**	
Pojemność	32 l		
Zakres temperatury	Od (co najwyżej) 5°C powyżej temperatury otoczenia – do co najmniej 300°C		
Wyświetlacz	Cyfrowy, kolorowy		
Kontrola funkcji	Cyfrowy wielofunkcyjny wyświetlacz z mikroprocesorem		
Ilość poziomów	3		
Materiał wnętrza	Stal nierdzewna		
Dokładność	Rozdzielczość wyświetlacza dla ustalonych wartości co najmniej 0.1°C dla wartości do 99.9°C i co najmniej 0.5 °C powyżej 100°C		
Parametry kontrolowalne	Temperatura, pozycja klapy powietrza, czas programu, strefy czasowe, czas letni/zimowy		
Język wyświetlacza	Niemiecki, angielski		
Timer	• Cyfrowy, odliczający od końca • regulacja od 1 minuty do 99 dni		
Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu	• Mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 20°C, • klasa bezpieczeństwa co najmniej 1 zgodnie z DIN12880		
System autodiagnostyczny	Do analizy usterek i błędów		
Wymiary obudowy (szer. x gł. x wys.)~mm	Max. 600 x 450 x 730		

Wymiary wnętrza (szer. x gł. x wys.)~mm	Max. 420 x 270 x 340		
Masa (kg)	Max. 50 kg		

…… ……

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Zadanie 4

Refraktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia, polarymetr, wirówka laboratoryjna

Dostarczona aparatura powinna zawierać wszelkie elementy niezbędne do jej podłączenia i nie wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów

Urządzenia laboratoryjne		szt.	Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu z podaniem typu, producenta i parametrów technicznych
Refraktometr ręczny cyfrowy		**1**	
Zakres pomiarowy współczynnika załamania światła	Co najmniej 1.3300 – 1.5318 nD		
Wyświetlacz	Graficzny, umożliwiający odczyt uzyskanego wyniku		
Dokładność	Co najmniej 0.00015 nD		
Rozdzielczość	Co najmniej 0.0001 nD		
Zakres temperatury pomiaru	Co najmniej 5°C – 40°C		
Kompensacja temperatury	Co najmniej 5°C – 40°C		
Pryzmat	Ze szkła optycznego		
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	max. 200x120x100 mm		
Waga	max. 1 kg		
Zasilanie	Baterie oraz zasilacz umożliwiający podłączenie do prądu		
Aparat do pomiaru temperatury topnienia		**1**	
Liczba możliwych do jednoczesnego zmierzenia próbek	co najmniej 2		
Zakres temperatury pomiaru	Od temperatury pokojowej do co najmniej 300°C		
Dokładność pomiaru temperatury	• Max. plus minus 1°C przy 20°C • Max. plus minus 2.5°C przy 300°C		
Wyświetlacz	Graficzny, np. LED, co najmniej trzycyfrowy		
Rozdzielczość wyświetlacza	Co najmniej 1°C		

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Max. 180 x 240 x 190 mm		
Masa (kg)	2 kg		
Zasilanie	230V, 50 Hz, 75W		
Akcesoria	Zasilacz, komplet co najmniej 100 jednostronnie zatopionych kapilar		
Polarymetr kołowy ze źródłem światła		**1**	
Pryzmat	Pryzmat Nicola		
Źródło światła	LED z filtrem monochromatycznym 589.3 nm		
Skala odczytu	0 – 180°		
Precyzja	0.05°		
Zasilanie	220-240 V, 50Hz, a.c. 30 W		
Akcesoria	• Co najmniej 1 rurka polarymetryczna 100 mm • Co najmniej 1 rurka polarymetryczna 200 mm • Co najmniej 4 okienka ze szkła optycznego • Co najmniej 10 zapasowych uszczelek gumowych • Co najmniej 3 3A bezpieczniki • Pokrowiec		
Wirówka laboratoryjna		**1**	
Prędkość wirowania	Co najmniej od 100 ÷ 6000 rpm		
Pojemność	Co najmniej 85 ml		
Regulacja i kontrola czasu wirowania	• Ustawiana na kontrolerze/wyświetlaczu • Od co najmniej 15 s do co najmniej 60 minut		

Wyświetlacz	Graficzny, np. LCD,		
Wymiary (HxWxD; mm)	Max. 200 x 240 x 300mm		
Masa	Max. 5 kg		
Zabezpieczenia	• Blokada pokrywy podczas wirowania • Blokada startu przy otwartej pokrywie • Awaryjne otwieranie pokrywy		
Wirniki			
Wirnik kątowy 8x15/10 ml dostosowany do prędkości 6000 rpm			
Wirnik kątowy 12x2/1.5 ml do prędkości 6000 rpm			

…….
(miejscowość, data)

…….
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Zadanie 5

System produkujący wodę ultraczystą pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz zgodną z wymogami FP. 3szt

Dostarczony zestaw powinien zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego podłączenia i nie wymagać zakupu dodatkowych akcesoriów

Opis systemu	Szt.	Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu z podaniem typu, producenta i parametrów technicznych
Parametry wody oczyszczonej: – Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM dla wód pierwszego stopnia czystości. – Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej. Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.	**3**	
Parametry techniczne: – Stopnie oczyszczania wody (minimum): • demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym • jedno lub dwuzakresowa lampa UV • moduł mikrofiltracyjny – Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,056 µS/cm. – Możliwość wyłączenia lampy UV (możliwa praca systemu z wyłączoną lampą) – Możliwość stosowania zamiennie lampy UV dwu i jednozakresowej – Automatyczny system diagnostyki aparatu. – Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. – Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. – System wyposażony w pompę recyrkulacyjną. – Ruchomy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 – Ruchome, regulowane ramię mocujące punkt poboru wody. – Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody. – Prędkość podawania wody ultraczystej: min. 1,5 dm^3/min. – Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących bez potrzeby przesuwania urządzenia). – Możliwość samodzielnego montażu		

Opis systemu	Szt.	Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu z podaniem typu, producenta i parametrów technicznych
urządzenia. Zasilanie: 230V/50Hz.		
Funkcje monitorujące pracę systemu: – wyświetlacz graficzny – konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej oraz ultraczystej – automatyczna kompensacja temperatury, – informacja o aktualnym stanie pracy systemu, – poziom napełnienia pętli recyrkulacyjnej, – alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, – alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV, – alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej, – graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, – podgląd terminów serwisowych, – menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, – wbudowane interfejs do komunikacji z komputerem – Oprogramowanie, software na nośniku zewnętrznym do archiwizacji danych oraz kalibracji urządzenia. Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej.		
Funkcje zabezpieczające pracę systemu: • Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik poziomu cieczy. • Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiekolwiek alarmu. • Możliwość autostartu systemu. Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.		
Dodatkowe (zapas) materiały eksploatacyjne: • Moduł mikrofiltracyjny 1 szt • Promiennik lampy UV dwuzakresowy 1 szt		

…… ……

(miejscowość, data) *(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań*

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – postępowanie WCH.2420.10.2017.HS

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:……..……

Wykonawca/Wykonawcy:……..……..……..……..……..

……..……

……..

Adres:……..……

……

……

……..……

NIP ……

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:……..……

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

faks……

e-mail…… ……

tel. …….....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)……

……

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego z załączniku nr 1 do SIWZ za łączną cenę ofertową

ZADANIE 1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:	
ZADANIE 1 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:	

ZADANIE 2 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:	
ZADANIE 2 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:	

ZADANIE 3 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:		
ZADANIE 3 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:		

ZADANIE 4 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:	
ZADANIE 4 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:	

ZADANIE 5 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:	
ZADANIE 5 OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH:	

* łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

C. OŚWIADCZENIA:

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
5) deklarujemy termin płatności za zrealizowaną dostawę 21 dni od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
6) wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące elementy zamówienia:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
7) korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zastrzegamy, że informacje:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

   (wymienić czego dotyczy)

   zawarte w następujących dokumentach
   ……
   ……
   ……
   ……
   .....
   .....

..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ..... e-mail: ……..…….....…….……..……..….tel./fax: .....
E. Wykonawca jest*: małym, średnim, dużym przedsiębiorcą Informacja ma charakter statystyczny wymagany w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego * niepotrzebne skreślić

	.....
……..	Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy	

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego WCH.2420.10.2017.HS

działając w imieniu Wykonawcy:

……

……

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
   b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   c) skarbowe,
   d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy:

1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę urządzeń laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż:

Zadanie 1 20 000,00PLN
Zadanie 2 17 500,00PLN
Zadanie 3 10 000,00PLN
Zadanie 4 5 000,00PLN
Zadanie 5 13 000,00PLN

…….	…….
pieczęć Wykonawcy	Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY

Załącznik nr 5

Postępowanie: ……

Wzór umowy

U M O W A Nr WCH.2420….2017.HS

na dostawy

sporządzona w dniu ..... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

pomiędzy:

Uniwersytetem Wrocławskim -Wydziałem Chemii, Wrocław pl. Uniwersytecki 1
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08 reprezentowanym przez:

……..
zwanym w dalszej części "Zamawiającym"

a

firmą:
zarejestrowaną pod numerem ….. w
z siedzibą w
nr identyfikacyjny NIP:
reprezentowaną przez:
……..
zwaną w dalszej części "Wykonawcą"

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja oraz uruchomienie *sprzętu laboratoryjnego (postępowanie……..)* wraz z przeszkoleniem pracowników Wydziału Chemii w zakresie obsługi. Szczegóły techniczne dotyczące zamówienia określa załącznik stanowiący integralną cześć umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich
3. Wykonawca oświadcza, że zamawiana aparatura zawiera materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE)

§ 3

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości
netto:
VAT 23%:
Wartość brutto: (słownie)
2. W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury oraz

przeszkolenia pracowników Wydziału Chemii. Aparatura jest kompletna ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia.
3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 bez konieczności zmiany niniejszej umowy.
4. Ustalona w ust. 1 kwota netto nie podlega zmianie.
5. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   a) Ubezpieczenie, dostawa i wniesienie aparatury do pomieszczenia na Wydziale Chemii przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu wskazanego przez Zamawiającego na instalacje
   b) Montaż, instalacja i uruchomienie aparatury u Zamawiającego w obiekcie Wydziału Chemii przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu oraz przeszkolenie pracowników Wydziału Chemii
   c) Zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
2. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.
3. Termin dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy oraz przeszkolenie pracowników ustala się najpóźniej do ……. dni od daty podpisania umowy tj. od dnia ……..
4. Wydanie towaru będącego przedmiotem umowy musi być poprzedzone badaniem technicznym, które przeprowadzą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Miejscem przeprowadzenia badania jest siedziba Zamawiającego przy ul.Joliot-Curie 14 we Wrocławiu

§ 5

1. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu -najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał:
. datę odbioru technicznego,
. markę urządzenia,
. numer urządzenia,
. szkolenie personelu,
. stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia,
. inne postanowienia.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
3. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia:
- instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim lub angielskim
-dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji).
4. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany, zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę.

§6

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonej aparatury zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.
2. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia usterki.
3. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub e-mailem) usterki. W przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
4. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt.
5. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.
6. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 2 naprawy tego samego elementu.
7. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
8. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione.
9. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez:

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – określony w§ 2 niniejszej umowy -kwotę w wysokości …… brutto przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może przenieść należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni w wysokości 0,4% za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, oraz odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia.

§ 10

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności siły wyższej.
2. Termin wykonania zostanie zawieszony na czas trwania siły wyższej i biegnie dalej po jej ustaniu.
3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności zewnętrzne, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, nie mogą być przez strony przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń z nich wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę

§ 12

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

§ 13

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian przez:
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych danych identyfikacyjnych
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i/lub typu dostarczanej aparatury na wniosek Wykonawcy pod warunkiem że oferowana aparatura będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej lub niższej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.
4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiającego
Umowę sporządziła Hanna Skornowicz
Płatne:

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A