



Postępowanie: WB.2410.19.2017.RM

Wrocław, 27 czerwca 2017

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Informacja nr 1

Dotyczy: Dostawa komory laminarnej dla Zakładu Biochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu wraz z dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości zewnętrznej 1354 mm?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
2. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie obszaru roboczego ≥ 1000 lux zapewniające równomierne oświetlenia przestrzeni roboczej bez odbłasków i efektów cieni?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuści oświetlenie obszaru roboczego ≥ 1000 lux.
3. Czy Zamawiający wymaga aby zgodność z normą EN 12469 była potwierdzona świadectwem niezależnej instytucji certyfikującej?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający tego nie wymaga.
4. Czy Zamawiający wymaga aby komora była wyposażona w monitoring poziomu zużycia filtrów w postaci graficznej na wyświetlaczu, co pozwala Użytkownikowi przygotować się z wyprzedzeniem do wymiany filtrów?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający tego nie wymaga.
5. Czy Zamawiający wymaga możliwości łatwego podniesienia szyby frontowej na siłownikach gazowych w taki sposób aby użytkownik mógł swobodnie umyć całą wewnętrzną powierzchnię szyby oraz komory?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający tego nie wymaga.

- 6.** Czy Zamawiający wymaga, aby po zakończonej instalacji urządzenia Dostawca wykonał dekontaminację wnętrza komory za pomocą zamgławiania co zapewni bezpieczne środowisko pracy w komorze i zredukuje zanieczyszczenia powstałe podczas transportu i instalacji?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający tego nie wymaga.

W imieniu Zamawiającego informację przekazała

Renata Michałowska