



Postępowanie: WB.2410.18.2017.RM

Wrocław, 30 czerwca 2017

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

**Informacja nr 3**

**Dotyczy:** Dostawa aparatu do RT-qPCR wraz z akcesoriami (1szt), Dostawa komory do pracy sterylnej z laminarnym przepływem powietrza (1szt), Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej (1SZT), wytrząsarek z platformą naciskową (2szt) dla Pracowni Białek Jądrowych wraz z dostawą i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi- **3 zadania**.

Zadanie 1: Dostawa aparatu do reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR)wraz z akcesoriami (1szt)

Zadanie 2: Dostawa komory do pracy sterylnej z laminarnym przepływem powietrza (1szt)

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej (1SZT), wytrząsarek z platformą naciskową (2szt)

**Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 6**

**1. Dotyczy SIWZ, OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (IV), ustęp 5, litera b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego wymagania Zamawiającego w języku polskim lub angielskim?

**Odpowiedź:**

**Tak**, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

**2. Dotyczy załącznika nr 1.1, opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – wymagań minimalnych – parametrów technicznych, ustęp 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia bez oprogramowania do HRM? Oprogramowanie HRM jest opcją płatną, co znacząco wpłynie na wartość końcową ceny urządzenia?

**Odpowiedź:**

**Tak**, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia bez oprogramowania HRM.

**3. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy paragraf 4 ustęp 1b**



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty dostawy?

**Odpowiedź:**

**Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

**4. Dotyczy załącznik nr 3, wzór umowy paragraf 4 ustęp 5a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku polskim lub angielskim? Konieczność przygotowanie instrukcji obsługi w języku polskim znacząco wpłynie na końcową wartość ceny urządzenia.

**Odpowiedź:**

**Tak**, Zamawiający wyraża zgodę na instrukcję w języku angielskim.

**5. Dotyczy załącznik nr 3, wzór umowy paragraf 4 ustęp 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego produktu z 3 do 21 dni? Jako, że oferowane urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi uzupełnienie braków, bądź wymiana wadliwych towarów w terminie 3 dni jest niemożliwa.

**Odpowiedź:**

**Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na 21 dni, wyraża zgodę na zmianę do 10 dni (zgodnie z odpowiedzią na zapytanie innego wykonawcy).

**6. Dotyczy załącznika nr 3, wzór umowy paragraf 6 ustęp 3:**

Prośba o modyfikację zapisu zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej:  
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (kontakt inżyniera serwisowego z użytkownikiem oraz przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki), w terminie do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki.

**Odpowiedź:**

**Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

**7. Dotyczy załącznika nr 3, wzór umowy paragraf 6 ustęp 4:**

- **Prośba o modyfikację zapisu zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej:**  
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki.  
- **Prośba o usunięcie fragmentu zapisu dotyczącego dostawy aparatu zastępczego**  
Ze względu na fakt, że oferowane urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, często konfigurowanymi zgodnie z wymaganiami oraz potrzebami użytkownika końcowego, firma nie posiada jednostek zastępczych, które można by dostarczyć na czas naprawy

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż **21** dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. Na czas naprawy dłuższy niż **21** dni kalendarzowych, Wykonawca **na żądanie**

**Zamawiającego** dostarcza na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach, następnego dnia roboczego po zabraniu sprzętu do naprawy.

**8. Dotyczy załącznika nr 3, wzór umowy paragraf 6 ustęp 7:**

**Prośba o modyfikację zapisu:**

Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia **lub jego podzespołu** na nowy **przedmiot lub nowy podzespół** wynosi 5. Wymiana nastąpić powinna w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o kolejnej usterce.

**Odpowiedź:**

**Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

*W imieniu Zamawiającego informację przekazała*

*Renata Michałowska*