



Postępowanie: WB.2410.18.2017.RM

Wrocław, 30 czerwca 2017

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Informacja nr 2 – Korekta odpowiedzi

Dotyczy: Dostawa aparatu do RT-qPCR wraz z akcesoriami (1szt), Dostawa komory do pracy sterylnej z laminarnym przepływem powietrza (1szt), Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej (1SZT), wytrząsarek z platformą naciskową (2szt) dla Pracowni Białek Jądrowych wraz z dostawą i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi- **3 zadania**.

Zadanie 1: Dostawa aparatu do reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR)wraz z akcesoriami (1szt)

Zadanie 2: Dostawa komory do pracy sterylnej z laminarnym przepływem powietrza (1szt)

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej (1SZT), wytrząsarek z platformą naciskową (2szt)

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 2 na zapytanie Wykonawcy 4

1. Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, iż termin naprawy będzie wynosił 14 dni roboczych, a zapis dotyczący obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego zostanie wykreślony?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o liczenie terminu naprawy w dniach roboczych, a ponadto, w związku z tym, że będąc jedynie dystrybutorem przedmiotu umowy nie trzyma jego stanów magazynowych, o rezygnację z zapisu dot. obowiązku zapewniania urządzenia zastępczego. Wystarczającą motywacją dla należytego wykonywania obowiązków gwarancyjnych są wszak kary umowne, które Zamawiający może naliczać.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujący:



Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. Na czas naprawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, Wykonawca [na żądanie Zamawiającego](#) dostarcza na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach, następnego dnia roboczego po zabraniu sprzętu do naprawy.

W imieniu Zamawiającego informację przekazała

Renata Michałowska