



WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

ul. Joliot Curie 14a, pok. 0.29
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 62 00 | +48 71 375 27 32
fax +48 375 76 61

www.biotech.uni.wroc.pl

Postępowanie: WB.2410.26.2017.RM

Wrocław, 19 września 2017

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

**Zamawiający Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1,
50-137 Wrocław informuje że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego**

Dotyczy : **Zapytanie ofertowe pn. Dostawa bloku grzejnego z wytrząsaniem** wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi.

1. Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert.

W związku z tym, Rozdział IX otrzymuje brzmienie:

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa
ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29
50-383 Wrocław

w terminie do **25.09.2017 r., do godziny 10:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem:

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa
ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29
50-383 Wrocław

w terminie **25.09.2017 r., godzina 10:30.**

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:

Dostawa **bloku grzejnego z wytrząsaniem** dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

LP.	Minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 14), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 15).
A	B	C
Parametry techniczne		
1.	Funkcje: grzanie i wytrząsanie	
2.	Zakres temperatury od +5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C	
3.	Zakres regulacji temperatury 15°C/100	
4.	Dokładność regulacji temperatury w 20-45°C ±0,5°C	
5.	Rozkład temperatury w 20-45°C Max. ±0,5°C	
6.	Max. szybkość grzania 5,5°C/min	
7.	Zakres prędkości 300-1500 obr./min.	
8.	Amplituda wytrząsania 3 mm	
9.	Wyświetlacz LCD	
10.	Ilość programów minimum 5	
11.	Blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 ml, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm,	

12.	Blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 ml, Ø16,5 mm, głębokość dołka: 95 mm,	
13.	Blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 ml, Ø28,7 mm, głębokość dołka: 75 mm	
Inne		
14.	Gwarancja min. 24 miesiące	
15.	Producent i typ / model proponowanego urządzenia	

.....

 (miejsowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania
 zobowiązań)

2. Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam,
Dziekan Wydziału Biotechnologii
Dr hab. Dorota Nowak