



Wrocław, dnia 16 października 2017 roku

Uczestnicy Postępowania

### Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr **WB.2410.30.2017.RM** o wartości nie przekraczającej 209 tys euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Dostawa mikroskopów stereoskopowych typu ZOOM (9sz)** wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zespołu dydaktycznego Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi”

#### Odpowiedź na zapytania od Wykonawcy 1

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza dokładniejsze dwustronne, wyskalowane pokrętko zmiany powiększenia zoom o wartościach 0.7,0.8,1, 1.5,2,3,4,4.5 ?

**Odpowiedź:**

**Tak**, Zamawiający dopuszcza dokładniejsze dwustronne, wyskalowane pokrętko zmiany powiększenia zoom o wartościach 0.7,0.8,1, 1.5,2,3,4,4.5

#### Odpowiedź na zapytania od Wykonawcy 2

1. Czy zamawiający dopuści mikroskop z oświetleniem LED, dającym silniejsze światło, o dłuższej żywotności, nie nagrzewające obserwowanych preparatów?

**Odpowiedź: Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

2. Czy zamawiający dopuści mikroskop z zakresem powiększeń 10-45x z możliwością rozszerzenia zakresu do 5x przez dodatkowy obiektyw 0,5x?

**Odpowiedź: Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

3. Czy zamawiający dopuści mikroskop bez uchwytów do mocowania preparatów, pozwalający na wygodniejsze manewrowanie pod nim np. szalkami Petriego?

**Odpowiedź: Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

4. Czy zamawiający dopuści mikroskop z odległością roboczą 97 mm, bez muszli ocznych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dr Marta Kołodziejczak