



Postępowanie WCH.2420.24.2017.HS

Wrocław, 17 października 2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzeń laboratoryjnych

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy łaźni wodnej 2-stanowiskowej

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza łaźnie wodną dwu stanowiskową o pojemności 5,7 litra oraz mocy 900 Wattów ?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łaźnię wodną o mocy 900W, natomiast nie dopuszcza łaźni o pojemności 5,7litra – proponowana pojemność jest za mała.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza łaźnie wodną dwu stanowiskową o wymiarach wanny wynoszących 200 x 100 x 145 mm oraz wymiarach zewnętrznych równych 340 x 270 x 205 mm ?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łaźni wodnej o podanych wymiarach, łaźnia jest za mała

Dotyczy mieszadła magnetycznego z grzaniem

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne z grzaniem charakteryzujące się max. objętością mieszanej cieczy wynoszącej 15 litrów oraz maksymalnym obciążeniem równym 20 kg ?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza mieszadła magnetycznego o podanych parametrach

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza średnicę płyty grzewczej wynoszącej ok. 210 mm, wymiary płyty wynoszące: 172 x 248 x 122 mm oraz wagę urządzenia równą 2,6 kg?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne o podanych parametrach.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce zewnętrznego czujnika temperatury EKT Hei-Con równoważny czujnik temperatury Stuart SCT1 ?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający dopuszcza czujnik temperatury Stuart SCT1 jako równoważny

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedstawiony w SIWZ asortyment ?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz