



Postępowanie WCH.2420.24.2017.HS

Wrocław, 19 października 2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzeń laboratoryjnych

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Pytanie:

dot. poz. 16

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na mieszadło HeiTech z czujnikiem EKT Hei-Con czy z czujnikiem PT 1000

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie mieszadła z czujnikiem EKT Hei-Con jak również z czujnikiem PT 1000.

Pytanie:

Z informacji jakie mamy termometr kontaktowy EKT Hei-Con jest kompatybilny z mieszadłami MR hei-tec produkowanymi do roku 2014.

W związku z tym czy zamawiający dopuści mieszadło MR hei-tec z czujnikiem temperatury Pt 1000

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie mieszadła z czujnikiem EKT Hei-Con jak również z czujnikiem PT 1000

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz