



Postępowanie WCH.2420.29.2017.AB

Wrocław, 31 października 2017

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników oraz naczyń Dewara Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Pytanie dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zdaniu 2 Dewar o pojemności 50 litrów z innym systemem przelewowym, który nie wymaga pompowania powietrza. Pompując powietrze do dewara wprowadzamy do niego także parę wodną. Cząsteczki wody z czasem zaczynają tworzyć kryształki lodu, które mogą doprowadzić do zatkania systemu przelewowego.

Odpowiedź:

W ramach prowadzonego przetargu, Zamawiający wymaga dewara o pojemności 60 litrów. Zamawiający nie może odnieść się do kwestii „innego systemu przelewowego” ponieważ nie zna takiego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz