Postępowanie nr: **WB.2410.37.2017.RM;**

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zadanie 4: „ Dostawa wirówki do płytek dla Pracowni Białek Jądrowych."

Opis Przedmiotu Zamówienia-minimalne wymagania techniczne- ZMIANA

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych (kolumna nr 4 w tabeli).

Tabela 1:

LP.	Nazwa asortymentu	Ilość szt	Opis zaoferowanego urządzenia, nazwa producenta, określenie marki, modelu oraz parametrów technicznych
1	2	3	4
1.	**Wirówka do płytek** -Wirówka stołowa z pokrywą oraz rotorem umożliwiającym wirowanie co najmniej 2 płytek 96-dołkowych (standardowe płytki do reakcji PCR w czasie rzeczywistym 0,1 i 0,2 ml oraz płytki do hodowli komórek), z przyśpieszeniem co najmniej 480 x g (co najmniej 2200 obrotów na minutę), - możliwość programowania czasu wirowania, -adapter pozwalającym na wirowanie probówek 0,2 ml, oraz pasków (ang. strip) 8 probówek 0,2 ml. - Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy	**1**	**Producent/Model:**

CENA OGÓŁEM NETTO	
WARTOŚĆ PODATKU VAT (……%)	
CENA OGÓŁEM BRUTTO	

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia Wszystkie wyżej wymienione parametry oraz wymagania.

……., dnia ……. r.
(miejscowość)

……
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)