



Postępowanie WCH.2420.32.2017.AB

Wrocław, 12 grudnia 2017r

## Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Dostawa linii próżniowej oraz mieszadeł magnetycznych, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego**

### Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

#### Pytanie 1 :

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ.  
Zadanie 2 – mieszadło z ogrzewaniem

Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wymiarach 33x19x10 cm

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści mieszadło o zaproponowanych parametrach

#### Pytanie 2 :

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ.  
Zadanie 2 – mieszadło z ogrzewaniem

Czy Zamawiający dopuści mieszadło o średnicy szalki 140 mm?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści mieszadło o zaproponowanych parametrach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz