



Postępowanie WCH.2410.03.2018.AB

Wrocław, 28 lutego 2018 r.

## Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania na dostawę wyparek obrotowych, mieszadeł magnetycznych, systemu próżniowego, dewara oraz potencjostatu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego**

### Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

**Pytanie:**

Czy Zamawiający, dopuści wyparkę rotacyjną wyposażoną w kolbę destylacyjną o pojemności 3000 ml oraz odbieralnik o pojemności 2000 ml, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Ta, Zamawiający dopuszcza wyparkę rotacyjną, o wymienionych parametrach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz