

Postępowanie: WB.2410.8.2018.RM

Wrocław, 11 maja 2018

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa spektrofotometrów (5szt) oraz termocyklera do reakcji PCR z gradientem temperatury (1szt) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na dwa zadania:

Zadanie1: Dostawa spektrofotometrów (5szt) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zadanie 2: Dostawa termocyklera do reakcji PCR z gradientem temperatury (1szt) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytania od Wykonawcy :

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §6, ustęp 4 – zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty dostawy?

Odpowiedź: **Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

2. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §4, ustęp 5, podpunkt a) – zadanie

2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku polskim lub angielskim? Konieczność przygotowanie instrukcji obsługi w języku polskim znacząco wpłynie na końcową wartość ceny urządzenia.

Odpowiedź: **Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, instrukcja powinna być w języku polskim.

3. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §4, ustęp 8 – zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego produktu

z 3 do 21 dni?

Jako, że oferowane urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi uzupełnienie braków, bądź wymiana wadliwego towarów w terminie 3 dni jest niemożliwa.

Odpowiedź: **Tak**, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

4. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, §6, ustęp 7 – zadanie 2

Prośba o modyfikację zapisu tak by brzmiał:

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia **lub jego podzespołu** na nowy **przedmiot lub nowy podzespół** wynosi 5.

Wymiana nastąpić powinna w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o kolejnej usterce.”

Odpowiedź: **Nie**, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

W imieniu Zamawiającego informację przekazała
Mgr Renata Michałowska