Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 72 57
fax +48 71 328 23 48
e-mail: dziekan@chem.uni.wroc.pl
www.chem.uni.wroc.pl

Postępowanie WCH.2420.13.2018.AB Wrocław, dnia 16 lipca 2018r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawy chromatografu cieczowego Flash, wyparki rotacyjnej, systemu próżniowego i cyrkulatora chłodzącego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Pytanie:

Dotyczy § 7 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 7 ust. 2 Wzoru umowy czasu reakcji serwisowej do 72 godzin?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wskazanego w § 7 ust. 2 Wzoru umowy czasu reakcji serwisowej do 72 godzin

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wskazanej w § 7 ust. 6 Wzoru umowy ilości napraw gwarancyjnych tego samego elementu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw tego samego elementu

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie wskazanej w § 7 ust. 6 Wzoru umowy ilości napraw gwarancyjnych tego samego elementu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw tego samego elementu

Pytanie:

Czy zamiast płaskiej, ultraodpornej uszczelki z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego, Zamawiający wyrazi zgodę na uszczelkę o analogicznych parametrach z FKM?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz