



Postępowanie WCH.2420.16.2018.AB

Wrocław, 01.08 2018r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania na dostawę chromatografu gazowego i wag analitycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Zadanie nr 2

Pytanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru

- temperaturowy dryft czułości 2,0 ppm/st.C na 3,0 ppm/st.C?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie parametru

- temperaturowy dryft czułości zarówno 2,0 ppm/st.C jak i 3,0 ppm/st.C.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz