



WYDZIAŁ CHEMII

SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02

finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl

Postępowanie WCH.2410.4.2019.AB

Wrocław, 19 marca, 2019 r

Dotyczy: postępowania na dostawę wirówki wysokoobrotowej oraz wysokoenergetycznego młyna kulowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy zadania nr 1

Pytanie 1

Czy do postępowania Zamawiający dopuści rotor kątowy metalowy na 6 próbek po 85 ml w zamian za rotor kątowy metalowy na 4 próbówki po 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie 2

Czy do postępowania Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnym RPM 14300?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę w specyfikacji. Minimalna wartość maksymalnego RPM to 15000.

Pytanie 3

Czy w punkcie "pojemniki na próbówki do wirnika", chodzi o wirnik horyzontalny ?

Odpowiedź:

Nie. Chodzi o pojemniki na próbówki do wirnika kąтового jak w specyfikacji.

Dotyczy § 7 ust. 2 Wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 7 ust. 2 Wzoru umowy czasu reakcji serwisowej do 72 godzin?

**WYDZIAŁ CHEMII****SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII**

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02

finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl

Uzasadnienie:

Czas reakcji bywa z reguły interpretowany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii. Jeśli Zamawiający wymaga, aby był to czas na podjęcie naprawy, Wykonawca prosi o wskazanie terminu, który umożliwi należyte wywiązanie się z tego obowiązku, zwłaszcza w sytuacji kiedy zgłoszenie nastąpiłoby tuż przed dniami wolnymi od pracy (weekend, dni świąteczne).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wskazanego w § 7 ust. 2 Wzoru umowy czasu reakcji serwisowej do 72 godzin.

Dotyczy § 7 ust. 6 Wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wskazanej w § 7 ust. 6 Wzoru umowy ilości napraw gwarancyjnych tego samego elementu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw tego samego elementu?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dostosowanie tego wymogu do warunków gwarancji producenta przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie wskazanej w § 7 ust. 6 Wzoru umowy ilości napraw gwarancyjnych tego samego elementu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw tego samego elementu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz