



Postępowanie WCH.2410.9.2019.AB

Wrocław, 15 kwietnia 2019 r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Zadanie 5

Pytanie:

poz. 1 Czy nie zaszła pomyłka w opisie pojemności? Czy Zamawiający miała na myśli biurety o pojemności 50 ml?

Odpowiedź:

tak, to pomyłka, powinno być 50 ml

Pytanie:

poz. 21 i 28 Nasadka do atomizera, 6ML NS 14/23 oraz rura szklana do atomizera, 6ML. Prosimy o wskazanie producenta oraz numerów referencyjnych

Odpowiedź:

np. producent Lenz, np. z katalogu VWR, numery odpowiednio 5470605 oraz 5470606 lub inne równoważne materiały

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie produktów chromatograficznych, tj. pozycji 7-11, 24 oraz 25 od podstawowego wyposażenia laboratoryjnego? Podział pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w specyfikacji

Pytanie:

Dotyczy § 5 ust. 2 Wzoru Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 5 ust. 2 Wzoru Umowy terminu wymiany wadliwych materiałów lub uzupełnienia braków ilościowych do 10 dni roboczych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wskazanego w § 5 ust. 2



WYDZIAŁ CHEMII

SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02

finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl

Pytanie:

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu WCH.2410.9.2019.HS. do 24.04.2019 r

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz