



WYDZIAŁ CHEMII

SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02

finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl

Postępowanie WCH.2410.19.2019.AB

Wrocław, 18 października, 2019 r

Dotyczy: postępowania na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Zadanie 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy próżniowej spełniającej wszystkie parametry o masie 21kg? Z racji tego, że nie jest to urządzenie przenośne nie ma wpływu na parametry pracy

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy próżniowej spełniającej wszystkie parametry o masie 21kg

Pytanie 1

Czy pompa próżniowa ma być wyposażona w króciec przyłączeniowy króciec wylotowy z klamrami do nałożenia węża?

Odpowiedź:

Tak, pompa próżniowa ma być wyposażona w króciec przyłączeniowy, króciec wylotowy z klamrami do nałożenia węża

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz