Uniwersytet Wrocławski

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

ul. Joliot Curie 14a, pok. 0.29
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 62 00 | +48 71 375 27 32
fax +48 375 76 61

www.biotech.uni.wroc.pl

Postępowanie: WB.2410.21.2019.RM

Wrocław, 28 października 2019

Zapytanie ofertowe pn.:

Zadanie 1: Zadanie 1: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarki obrotowej (rotatora) dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

Zadanie 3: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, dla Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarki rolkowej o ruchu obrotowym dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

Zadanie 5: Dostawa rotora do probówek 6x50 ml typu falcon kompatybilnego z wirówką Eppendorf 5430R dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii

Zadanie 6: Dostawa Rotora kompatybilnego z koncentratorem SPD121P dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii

Zadanie 7: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Zadanie 8: Dostawa urządzenia do dokumentacji żeli/systemu obrazowania dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8.

Zatwierdzam,

Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301

www. bip.uni.wroc.pl

Osoba prowadząca postępowanie i uprawniona do kontaktu:

mgr Renata Michałowska, mgr Katarzyna Węgrzyn

e-mail do kontaktu: przetargi.wb@uwr.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić:

W Zadaniach 1,3,7,8:koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, instalacji oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia.

W Zadaniach 2,4,5,6: koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu

- Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych.
- Urządzenie ma być kompletne, ze wszystkimi podzespołami, częściami, oprogramowaniem i materiałami niezbędnymi do uruchomienia

Wymagana jest gwarancja minimum:

Zadanie 1: 24 miesiące.

Zadanie 2: 24 miesiące

Zadanie 3: 36 miesięcy

Zadanie 4: 24 miesiące

Zadanie 5: 12 miesięcy

Zadanie 6: 24 miesiące

Zadanie 7: 36 miesięcy

Zadanie 8: 36 miesięcy

1. Adres dostawy:
   Zadanie 1 Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, ul. F. Joliot- Curie 14a , 50-383 Wrocław
   Zadanie 2,4,5,6: Zakład Biochemii Genetycznej , Wydział Biotechnologii, ul. Przybyszewskiego 63/77, Wrocław;
   Zadanie 3: Zakład Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii, ul. F. Joliot- Curie 14a , 50-383 Wrocław
   Zadanie 7 i 8 Zakład Bioinformatyki i Genomiki, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław
2. Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania minimalne oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Kod CPV:
   zad.1:42931120-8 wirówki stołowe
   Zad.2: 38436100-1 wstrząsarka mechaniczna
   Zad.3: 42931120-8 wirówki stołowe
   Zad.4: 38436100-1 wstrząsarka mechaniczna
   Zad.5:42931140-4 Urządzenia obrotowe do wirówek
   Zad.6:42931140-4 Urządzenia obrotowe do wirówek
   Zad:7: 42931120-8 wirówki stołowe
   Zad.8: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zad.1 Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad.2 Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad.3 Do 3 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad.4 Do 3 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad.5 Do 3 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad.6 Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad.7 Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
Zad. 8 Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty muszą być napisane w **języku polskim**. W przypadku złożenia oferty w języku obcym, należy złożyć dokument z tłumaczeniem na język polski.
3. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą, adresem Wykonawcy.

Koperta powinna być zaadresowana na:
Uniwersytet Wrocławski, Sekcja Finansowa
ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław, pokój 0.29
z adnotacją:
,,Postępowanie nr **WB.2410.21.2019.RM,**
z dopiskiem: „Nie otwierać przed 05.11.2019 r. przed godziną 9:30"

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. **Oferta powinna zawierać:**
   a) Wypełniony załącznik nr 1– opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania minimalne. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
   b) Specyfikację urządzenia w postaci dostarczonej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu świadczące, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
   c) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru z załącznika nr 2.
   d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   e) Pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.
   f) Oświadczenie Wykonawcy wg Załącznika nr 3 z zapytania ofertowego,
7. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.
8. Dopuszcza się złożenie oferty na wszystkie lub wybrane zadania.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą dokumentów wymienionych w dziale IV. pkt.6, przygotowanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
2. Brak jakiegokolwiek dokumentu może skutkować nie dopuszczeniem złożonej oferty do badań.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub złożone dokumenty zawierały błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

1. Cena Oferty ma uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia, a w szczególności opisane w załączniku nr 1 (opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej-wymaganiach minimalnych), ewentualne zmiany zapytania ofertowego i informacje dla Wykonawców, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonej umowy - załącznika nr 4.
2. Wykonawca zobowiązany jest określić w Formularzu ofertowym cenę ofertową netto, kwotę i stawkę podatku VAT oraz cenę brutto w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie (cena ofertowa brutto) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: *Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się.*

3. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać właściwą stawkę podatku VAT, przy czym naliczając stawkę inną niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz oczywiste omyłki pisarskie.

VII. OCENA OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium **najniższej ceny.**
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów.
   Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie w skali 100 pkt (maksymalna liczba punktów w kryterium) wg wzoru:

wartość punktowa **$A = 100 * C_{min} / C_n$**

gdzie:

C_{min} – cena ofertowa brutto - najniższa wśród oferowanych

C_n – cena ofertowa brutto badanej oferty

3. Oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone. Nie będą podlegać ocenie punktowej.

VIII. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy.
2. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie usługi wraz z upublicznionym zapytaniem ofertowym.
3. Termin płatności za wykonanie zamówienia 21 dni zgodnie ze wzorem umowy.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa

ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29

50-383 Wrocław

w terminie do 05.11.2019 r., do godziny 9:15

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem:

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa

ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29

50-383 Wrocław

w terminie 05.11.2019 r., godzina 9:30

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie na adres:
   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa
   ul. F. Joliot-Curie 14a
   50-383 Wrocław
   z dopiskiem: „**Nr postępowania: WB.2410.21.2019.RM", Zadanie…..**
   lub pocztą elektroniczną na adres: **przetargi.wb@uwr.edu.pl**
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem do dwóch dni po upływie terminu składania wniosków pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. W przypadku pozostałej korespondencji Zamawiający dopuszcza składanie za pomocą faksu lub droga elektroniczną (na adres wskazany w rozdziale I).

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji gdy:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia,

c) wystąpiła zmiana okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

d) jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

e) w każdym innym przypadku bez podania przyczyny.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO – dla oferentów będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

1) Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie zebranych od oferenta danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz – w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia;
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
5) Planowany okres przechowywania pozyskanych danych osobowych, to okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, z uwzględnieniem gwarancji na wykonane zadanie;
6) Oferent ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
7) Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, uniemożliwia udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania;
9) Pozyskane dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Załączniki:

1. opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
2. wzór formularza ofertowego
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. Wzór umowy

Zatwierdzam,

Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa **wirówki z chłodzeniem** dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

LP.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 18.), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 19.).
A	**B**	**C**
Parametry techniczne		
1.	Wirowanie probówek o pojemności od 0,2 do 100 ml.	
2.	Prędkość obrotowa w zakresie co najmniej od 100 do 30000 obr./min.	
3.	Maksymalne przyspieszenie co najmniej 70000 x g.	

4.	1. System umożliwiający swobodne programowanie i kontrolę następujących parametrów (wymagania minimalne): • Przyspieszenia do wyboru przez użytkownika z dokładnością, co 10 oraz 1 x g; • Prędkości do wyboru przez użytkownika z dokładnością, co 100 oraz 1 obr./min.; • Temperatury-efektywne schładzanie z wyborem w zakresie od -20 do +40^{o}C z dokładnością, co 1^{o}C, oraz do wyboru przez użytkownika funkcja schładzania wstępnego komory wirowniczej zarówno dla pozycji spoczynkowej rotora jak również przy minimalnych obrotach rotora przed rozpoczęciem zasadniczego odwirowania; • Czasu, programowanie czasu wirowania od 10s do 99 godzin 59 min. z dokładnością do wyboru przez użytkownika, co 1 sekundę/1 minutę; • Opcja pracy ciągłej do momentu manualnego zatrzymania wirówki; • 20 krzywych rozpędzania i hamowania rotora (10 liniowych i 10 ekspotencjalnych); • Zaprojektowanie i wprowadzenie przez użytkownika własnej krzywej ilustrującej zmianę obrotów w funkcji czasu.	
5.	Wyświetlacz umożliwiający równoczesny odczyt, aktualnych i zaprogramowanych, wszystkich parametrów pracy (szybkości/przyspieszenia/ temperatury/ czasu/nr rotora/nr programu użytkownika, nr krzywej rozpędzania i hamowania rotora).	
6.	Możliwość zaprogramowania co najmniej 60 programów użytkownika, możliwość nadawania nazw własnych poszczególnym programom.	
7.	Możliwość ręcznego otwierania pokrywy wirówki w czasie awarii zasilania.	
8.	Akustyczna i wizualna sygnalizacja nieprawidłowej pracy wirówki uruchamiana m.in. w przypadku braku wyważenia rotora lub awarii.	
9.	Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej	
10.	Pokrywa komory wirowniczej ryglowana zamkami elektrycznymi.	
11.	Funkcja szybkiego zwirowywania; funkcja szybkiego schładzania komory wirowniczej.	
12.	Opcja odliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zaprogramowanej prędkości rotora.	

13.	System identyfikacji rotora zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej prędkości wirowania, czujnik braku prawidłowego wyważenia rotora oraz system automatycznej diagnostyki wszystkich istotnych bloków funkcjonalnych.	
14.	Poziom hałasu ≤57dB(A).	
15.	Silnik indukcyjny (bezszczotkowy).	
16.	Zasilanie 230V/50Hz	
17.	Możliwość rozbudowy wirówki do wersji umożliwiającej instalację/wymianę rotorów w wirówce bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia w formie śruby lub zatrzasku (samoczynna blokada rotora po uruchomieniu wirówki)	
Inne		
18.	**Gwarancja min. 24 miesiące**	
19.	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia**	

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie 2; WB.2410.21 .2019.RM; załącznik nr 1.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa **wytrząsarki obrotowej (rotatora)** dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

LP.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 14.), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 15.).
A	**B**	**C**
Parametry techniczne		
1	Wytrząsarka obrotowa (rotator) próby montowane na obrotowej tarczy.	
2	Kąt ustawienia tarczy regulowany w zakresie od 0 (pozycja horyzontalna) do 90 stopni (pozycja wertykalna).	
3	Zakres nastawy prędkości: od 2 do 70rpm.	
4	Wyświetlacz fluorescencyjny VFD, przyciski dotykowe.	
5	Cyfrowy czasomierz procesu z nastawą od 1min do 99h 59min	
6	System automatycznej diagnostyki	
7	Chemoodporna, polipropylenowa obudowa	
8	Maksymalne obciążenie 4kg	
9	Adapter do montażu drugiej tarczy z uchwytami na probówki	
10	Tarcza z uchwytami na 60 probówek 1.5ml (Ø10mm)	
11	Tarcza z uchwytami na 18 probówek 5.0ml (Ø12mm)	
12	Tarcza z uchwytami na 18 probówek Falcon 15ml (Ø16.5mm)	
13	Tarcza z uchwytami na 12 probówek Falcon 50ml (Ø29mm)	
Inne		
14	**Gwarancja min. 24 miesięcy**	
15	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia**	

……

(miejscowość, data)

……

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa **wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem oraz rotorem** dla Zakładu Chemii Biologicznej wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

LP.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 27 .), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 28.).
A	**B**	**C**
Parametry techniczne		
1	Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20913 x g (14000 rpm)	
2	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem nie większym niż 10 rpm	
3	Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 29 cm	
4	Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera	
5	Pobór mocy maksymalnie 1650W	
6	Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora	
7	Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby	
8	Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości	
9	Możliwość instalacji co najmniej 12 rotorów	
10	Maksymalna pojemność: nie mniejsza niż 4 probówki po 250ml	
11	Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora	
12	Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby	
13	Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości	
14	Możliwość instalacji co najmniej 12 rotorów	
15	Maksymalna pojemność: nie mniejsza niż 4 probówki po 250ml	
16	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 64 x 55 x 34 cm	

17	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania	
18	Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania	
19	Wirówka musi posiadać certyfikat CE	
20	Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory	
21	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf	
22	Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności	
23	Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory	
24	Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora	
25	Autoryzowany serwis na terenie Polski	
26	Wyposażona w **rotor stałokątowy** z pokrywą mieszczący co najmniej 6 probówek o pojemności 85ml. W zestawie co najmniej 6 adapterów na probówki stożkowe 50ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż: 15 500 x g (11 000rpm) Wykonany z aluminium anodyzowanego w celu zwiększenia odporności chemicznej. Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). Waga z pokrywą max. 3,2kg.	
Inne		
27	**Gwarancja min. 36 miesięcy**	
28	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia**	

…… …

(miejscowość, data)

……

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa wytrząsarki rolkowej o ruchu obrotowym dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

LP.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 9.), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 10.).
A	**B**	**C**
Parametry techniczne		
1	Wytrząsarka rolkowa o ruchu obrotowym	
2	Wyposażona w 6 gumowych rolek	
3	Nadaje się do pracy ciągłej.	
4	Maksymalna średnica mieszanych próbek 100mm	
5	Prędkość obrotowa: 0-70 obr./min	
6	Maks. obciążenie: 4 kg	
7	Długość rolki: 280 mm	
8	Ruch przechylny: 25 mm	
Inne		
9	**Gwarancja min. 24 miesięcy**	
10	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia**	

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa rotora do probówek 6x50 ml typu falcon kompatybilnego z wirówką Eppendorf 5430R dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii

LP.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 5.), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 6.).
A	**B**	**C**
Parametry techniczne		
1	Rotor do próbówek 6x50 ml typu falcon	
2	Kompatybilny z wirówką Eppendorf 5430R znajdującą się w Zakładzie Biochemii Genetycznej	
3	Rotor wyposażony w adaptery do prob. 25mL z nakrętką gwintowaną	
4	Rotor wyposażony w adaptery do probówek 25mL z wieczkiem	
Inne		
5	**Gwarancja min. 12 miesięcy**	
6	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia**	

……

(miejscowość, data)

……

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa Rotora kompatybilnego z koncentratorem SPD121P dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii

LP.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 3.), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 4.).
A	**B**	**C**
Parametry techniczne		
1	Rotor do koncentratora 10x15 ml	
2	Kompatybilny z koncentratorem SPD121P znajdującym się w Zakładzie Biochemii Genetycznej	
Inne		
3	**Gwarancja min. 24 miesięcy**	
4	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia**	

……

(miejscowość, data)

……

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie7; WB.2410.21.2019.RM; załącznik nr 1.7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Lp.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 26), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 27).
1	Siła wirowania rcf 21130 x g	
2	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-15000, ze skokiem 50 rpm	
3	Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 350W	
4	Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 15 sekund	
5	Czas zatrzymania rotora dłuższy niż 16 sekund	
6	Dostępne minimum 4 rotory	
7	Wyposażona w rotor na minimum 24 probówki 1,5/2ml	
8	Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej	
9	Głośność z pokrywą poniżej 48 dB(A)	
10	Waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 21kg	
11	Możliwość regulacji temperatury od -10 °C do +40 °C	
12	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 51 cm	
13	Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4 °C	
14	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 29 x 48 x 26 cm	
15	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania	
16	Wirówka musi posiadać certyfikat CE	
17	Wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania urządzenia po 8 godzinach bezczynności	
18	Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz	

19	Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika	
20	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą	
21	Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego	
22	Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4^{o}C w czasie 8 minut	
23	Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw	
24	Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory	
25	Sterowanie: klawiatura plus pokrętła	
Inne		
26	**Gwarancja minimum 36 miesięcy**	
27	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia:**	

……

(miejscowość, data)

……

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie 8; WB.2410.21.2019.RM; załącznik nr 1.8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa **urządzenia do dokumentacji żeli/systemu obrazowania** dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Lp.	Minimalne parametry wymagane	**Parametry oferowane (wypełnia Oferent)** Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak" lub „jak obok" lub „zgodnie z wymaganiami" oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 18), producenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia (poz. 19).
1	Aplikacje: • Fluorescencja • Kolorymetria / densytometria • Dokumentacja żel	
2	Rozmiar próbki 28 x 36 cm;	
3	Obszar obrazu 19,4 x 26 cm;	
4	Źródło wzbudzenia: Światło Epi-białe i trans-UV (302 nm) i/lub ekran konwersji bieli i ekran konwersji XcitaBlue ™ UV / niebieski	
5	Kontrola oświetlenia: 3 tryby (trans-UV, trans biały, epi-biały;	
6	Detektor CCD;	
7	Rozdzielczość obrazu 4 megapiksele;	
8	Rozmiar w pikselach 4,65 x 4,65µm;	
9	Uchwyt filtra - 3 pozycje (2 dla filtrów, 1 bez filtra);	
10	Filtry emisji – 1 lub 3;	
11	Zakres dynamiczny > 3,0 rzędów wielkości;	

12	Gęstość pikseli (poziomy szarości) – 4,096;	
13	Rozmiar urządzenia (dł x szer x wys) 36 x 60 x 96 cm;	
14	Waga – 32kg	
15	Zakresy operacyjne: • Nominalne napięcie 110/115/230 V AC; • Temperatura robocza: 10-28 °C • Wilgotność pracy <70%	
16	Możliwości automatyzacji • Automatyczny wybór przepływu pracy - Sterowany aplikacją; • Automatyczne wykonywanie przepływu pracy - Kontrolowane przez protokół za pomocą specyficznej dla aplikacji konfiguracji obszaru obrazu, źródła oświetlenia, filtra, analizy i raportowania; • Odtwarzalność przepływu pracy - 100% powtarzalność dzięki protokołom, które można ponownie przywołać; od przechwytywania obrazu do analizy ilościowej i raportów; • Autofocus - Wstępnie skalibrowane ustawienie ostrości dla dowolnego ustawienia zoomu lub wysokości próbki; • Ekspozycja auto - 2 tryby zdefiniowane przez użytkownika (intensywne lub słabe pasma);	
17	Oprogramowanie Image Lab kompatybilne z Windows	
Inne		
18	**Gwarancja minimum 36 miesięcy**	
19	**Producent i typ / model proponowanego urządzenia:**	

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Zadanie 1, Postępowanie **WB.2410.21.2019.RM**; załącznik nr 2.1

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 8 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1.	cena ofertowa netto	
2.	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3.	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…….

…….

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa wytrząsarki obrotowej (rotatora) dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 8 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…….

…….

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa **wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem**, dla Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 3 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…….

…….

(miejscowość, data) **(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa wytrząsarki rolkowej o ruchu obrotowym dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 3 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1.Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

2.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6.Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…….

…….

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa rotora do probówek 6x50 ml typu falcon kompatybilnego z wirówką Eppendorf 5430R dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii, Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 3 tygodni** od dnia podpisania umowy) za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1.Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

2.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6.Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…….

…….

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa Rotora kompatybilnego z koncentratorem SPD121P dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii, Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 8 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1.Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

2.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6.Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

.....

.....

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 8 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1.Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

2.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6.Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…….

…….

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES	
Adres Prywatny (dotyczy podmiotu fizycznego)	
NIP	
REGON	
TELEFON, FAKS	
E-MAIL	

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami w postępowaniu pn.: Dostawa urządzenia do dokumentacji zeli/systemu obrazowania dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do 8 tygodni** od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:

Tabela 1.

		Pln
1	cena ofertowa netto	
2	Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)	
3	cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)	

Słownie: ..... brutto

1.Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

2.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6.Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

.....

.....

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa

……

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn:……,
oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

…….. ……..

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

UMOWA NR WB.....U. 2019.RM

zawarta w dniu……pomiędzy:

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Biotechnologii z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408)

reprezentowanym przez:

dr hab. Dorotę Nowak - Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia…

zwanym w dalszej części "Zamawiającym"

i

firmą:

zarejestrowana pod numerem….

z siedzibą w

nr identyfikacyjny NIP:

reprezentowana przez:

.....

zwaną w dalszej części Wykonawcą,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami lub każdy strona z osobna Stroną.

§ 1

Do umowy nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art.4d ust.1 pkt.1.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i instalacja oraz uruchomienie…….. (urządzeń laboratoryjnych, postępowanie nr …. Nr zadania.....) wraz z przeszkoleniem pracowników dla Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi.
2. Szczegóły techniczne urządzenia określa opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
4. Wykonawca oświadcza, że zamawiane urządzenie zawiera materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE).
5. Wykonawca zapewnia, że urządzenie jest kompletne ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia.

§ 3

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne z przedstawiona ofertą, stanowiący integralną część umowy:

netto	.....	PLN
VAT …%	.....	PLN
brutto	.....	PLN

Słownie brutto: .....

W cenie urządzenia zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników wymienionej jednostki w zakresie eksploatacji w/w urządzenia.

2. Zamawiający nie udziela zaliczek.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostki Zamawiającego: ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu .....

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dokonanie wizji lokalnej - jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia - w miejscu wskazanym przez bezpośredniego odbiorcę przedmiotu umowy, określenie na piśmie wymogów do spełnienia przez Odbiorcę warunkujących jej dostawę, instalację oraz sprawność i efektywność pracy - najpóźniej na 14 dni przed dostawą oraz potwierdzenie na piśmie spełnienia tych warunków,
b) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy najpóźniej do …. dni od daty dostawy
c) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu - najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał:
a) datę odbioru technicznego,
b) markę urządzenia,
c) numer urządzenia,
d) czas uruchomienia,
e) szkolenie personelu,
f) stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia,
g) inne postanowienia.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

4. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
5. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia:
a) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim lub angielskim ,
b) atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na jej używanie w Polsce, metki fabryczne, etykiety, itp.,
c) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji).
6. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany, zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę.

§ 5

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ..... miesięcy. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.
3. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki), w terminie do 72 godzin dni roboczych od zgłoszenia usterki.
4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. W przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
5. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt.
6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.
7. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 3 dla tego samego elementu. Wymiana nastąpić powinna w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o kolejnej usterce.
8. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia lub usunięciu wad nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
9. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione, z wyłączeniem przypadku opisanego w ust. 8.
10. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem zamówienia przez okres …5.. lat od daty wykonania zamówienia.
11. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez **.....**

§ 7

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie ..... od daty zawarcia umowy.

Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – określony w § 2 niniejszej umowy - kwotę w wysokości ..... zł brutto przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto całego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni w wysokości 0,4% za każdy dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto całego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto całego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całego wynagrodzenia.
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:

a) model sprzętu określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model sprzętu, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym, za cenę określoną w ofercie i umowie;

b) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.

§ 11

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie uzupełnienia, zmiany, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń z nich wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 13

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający **Wykonawca**

Umowę sporządziła mgr Renata Michałowska
Źródło finansowania:.....

UMOWA NR WB.....U. 2019.RM

zawarta w dniu……pomiędzy:

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Biotechnologii z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408)

reprezentowanym przez:

dr hab. Dorotę Nowak - Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia…

zwanym w dalszej części "Zamawiającym"

i

firmą:

zarejestrowana pod numerem….

z siedzibą w

nr identyfikacyjny NIP:

reprezentowana przez:

.....

zwaną w dalszej części Wykonawcą,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami lub każdy strona z osobna Stroną.

§ 1

Do umowy nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art.4d ust.1 pkt.1.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, ~~montaż i instalacja oraz uruchomienie~~…….. (urządzeń laboratoryjnych, postępowanie nr …. Nr zadania.....) ~~wraz z przeszkoleniem pracowników dla Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi.~~

2. Szczegóły techniczne urządzenia określa opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy~~,~~ wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

4. Wykonawca oświadcza, że zamawiane urządzenie zawiera materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE).

5. Wykonawca zapewnia, że urządzenie jest kompletne ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia.

§ 3

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne z przedstawiona ofertą, stanowiący integralną część umowy:

netto	.....	PLN
VAT …%	.....	PLN
brutto	.....	PLN

Słownie brutto: .....

W cenie urządzenia zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, ~~wniesienia, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników wymienionej jednostki w zakresie eksploatacji w/w urządzenia~~.

2. Zamawiający nie udziela zaliczek.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostki Zamawiającego: ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu .....

§ 4

7. Do obowiązków Wykonawcy należy:

d) dokonanie wizji lokalnej - jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia - w miejscu wskazanym przez bezpośredniego odbiorcę przedmiotu umowy, określenie na piśmie wymogów do spełnienia przez Odbiorcę warunkujących jej dostawę, instalację oraz sprawność i efektywność pracy - najpóźniej na 14 dni przed dostawą oraz potwierdzenie na piśmie spełnienia tych warunków,

~~e) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy najpóźniej do …. dni od daty dostawy~~

f) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

8. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu - najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron.

9. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał:

h) datę odbioru technicznego,

i) markę urządzenia,

j) numer urządzenia,

k) ~~czas uruchomienia,~~

l) ~~szkolenie personelu,~~

m) stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia,

n) inne postanowienia.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

10. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

11. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia:

d) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim lub angielskim ,

e) atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na jej używanie w Polsce, metki fabryczne, etykiety, itp.,

f) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji).

12. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany, ~~zainstalowany i uruchomiony~~ przez Wykonawcę.

§ 5

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

§ 6

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ..... miesięcy. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu.
13. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.
14. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki), w terminie do 72 godzin dni roboczych od zgłoszenia usterki.
15. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. W przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
16. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt.
17. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.
18. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 3 dla tego samego elementu. Wymiana nastąpić powinna w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o kolejnej usterce.
19. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia lub usunięciu wad nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
20. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione, z wyłączeniem przypadku opisanego w ust. 8.
21. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem zamówienia przez okres …5.. lat od daty wykonania zamówienia.
22. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez **.....**

§ 7

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie ..... od daty zawarcia umowy.

Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.

§ 8

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – określony w § 2 niniejszej umowy - kwotę w wysokości ..... zł brutto przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

7. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto całego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni w wysokości 0,4% za każdy dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

8. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto całego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto całego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całego wynagrodzenia.
10. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
11. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:

c) model sprzętu określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model sprzętu, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym, za cenę określoną w ofercie i umowie;

d) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.

§ 11

4. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Wszelkie uzupełnienia, zmiany, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń z nich wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 13

4. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający **Wykonawca**

Umowę sporządziła mgr Renata Michałowska
Źródło finansowania:.....