

Postępowanie nr WB.2410.21.2019.RM

Wrocław, dnia 29 października 2019 roku

### **Uczestnicy Postępowania**

Dotyczy postępowania pn: Zadanie 1: Zadanie 1: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarki obrotowej (rotatora) dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

Zadanie 3: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, dla Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarki rolkowej o ruchu obrotowym dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii.

Zadanie 5: Dostawa rotora do probówek 6x50 ml typu falcon kompatybilnego z wirówką Eppendorf 5430R dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii

Zadanie 6: Dostawa Rotora kompatybilnego z koncentratorem SPD121P dla Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii

Zadanie 7: Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Zadanie 8: Dostawa urządzenia do dokumentacji żeli/systemu obrazowania dla Zakładu Bioinformatyki i Genomiki wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie w rt. 11 ust. 8.

### **Informacja nr 1 dla Wykonawców**

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

### **Pytania od Wykonawcy 1:**

Dotyczy Zadania nr 3:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę oferującego wirówkę, która posiada funkcję uruchamiania zegara po osiągnięciu 95 % ustawionej prędkości, spełniającą wszystkie pozostałe parametry ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wirówkę spełniającą parametry jak w zapytaniu.



Dotyczy Zadania nr 8:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza 24 miesięczną gwarancję zamiast 36 miesięcznej gwarancji?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie:

*"Źródło wzbudzenia: Światło Epi-białe i trans-UV (302 nm) i/lub ekran konwersji bieli i ekran konwersji XcitaBlue™ UV / niebieski"*

na zapis:

*"Źródło wzbudzenia: Światło Epi-białe i trans-UV (302 nm) i **opcjonalnie** ekran do konwersji bieli i ekran konwersji XcitaBlue™ UV / niebieski"*

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

W imieniu Zamawiającego informację przekazała  
Mgr Renata Michałowska