



WNB.272.1.2020.AM

Wrocław, 21.07.2020

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW I ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.  
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

### część I

Dostawa spektrofotometru 3 szt., wortexu 2 szt., wirówko – wortexu 2 szt., mieszadła magnetycznego 2 szt., pH-metru 2 szt., wagi precyzyjnej 5 szt., termobloku 1 szt., łaźni wodnej 2 szt.

### część II

Dostawa pipet laboratoryjnych

Zamawiający informuje, że w dniu 20.07.2020 r. wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przygotowuje wyjaśnienia treści SIWZ i udziela na nie wyjaśnień:

**pytanie nr 1** Czy Zamawiający wydzieli z części pierwszej wortex oraz mieszadło oraz utworzy z tych urządzeń osobny pakiet, co pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty?  
*Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie dodatkowego pakietu.*

**pytanie nr 2 (wortex poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści prędkość wytrząsania 0-2500rpm?  
*Zamawiający wyraża zgodę na zmianę prędkości wytrząsania w zakresie do 2500rpm.*

*Zamawiający zmienia treść SIWZ:*

było: Zakres prędkości wytrząsania co najmniej 500-3000 RPM

jest: Zakres prędkości wytrząsania co najmniej 500-2500 RPM

**pytanie nr 3 (wortex poz. 6) Czy Zamawiający dopuści moc 60W, moc silnika 10W, a napięcie 110-120V?**

*Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane parametry.*

*Zamawiający zmienia treść SIWZ:*

było: Prąd / pobór mocy 12 V, 320 mA / max. 3.8 W

jest: Prąd / pobór mocy max. 120V / max. 60W

**pytanie nr 4 (mieszadło magnetyczne poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści mieszadło z zakresem prędkości do 1500rpm?

*Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zakresu prędkości do 1500rpm.*

**pytanie nr 4 (mieszadło magnetyczne poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści max. objętość mieszanej cieczy 10l?  
*Zamawiający nie wyraża zgody na oferowaną objętość 10L.*

**pytanie nr 4 (mieszadło magnetyczne poz. 3)** Czy Zamawiający dopuści mieszadło z ceramiczną płytą?  
*Zamawiający wyraża zgodę.*

*Zamawiający zmienia treść SIWZ:*

było: Materiał płyty roboczej – stal nierdzewna

jest: Materiał płyty roboczej – stal nierdzewna lub płyta ceramiczna

Ponadto zamawiający poprawia w tekście Opisu przedmiotu zamówienia omyłki pisarskie:

tabela 1.2, poz. 3.

było: Pojemność wytrząsanych naczyń co najmniej od .5 do 50 ml

jest: Pojemność wytrząsanych naczyń co najmniej od 1.5 do 50 ml

tabela 1.9 poz. 2, kolumna „waga punktowa”

było: 1. 0 punktów,           2. 10 punktów

jest: 1. 10 punktów,       2. 0 punktów

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ww. zmian.

Zamawiający przedłuża terminy:

składanie ofert: do dnia 29.07.2020 r. do godz. 11:30,

otwarcie ofert: dnia 29.07.2020 r. godz. 12:00.

Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

*Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych*

*prof. dr hab. Dariusz Skarżyński*