

Postępowanie nr WB.2710.11.2020.RM

Wrocław, dnia 31 lipca 2020 roku

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy postępowania pn: Dostawa wagi analitycznej oraz mikrowirówki stołowej niskoobrotowej dla Wydziału Biotechnologii UWr.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytania od Wykonawcy 1:

Dotyczy pozycji 2 – mikrowirówka niskoobrotowa stołowa

1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wymiarach (szer. × głęb. × wys.) 150 × 168 × 128 mm i czasie zatrzymania się maksimum 3 s, a w przypadku odpowiedzi negatywnej, czy istnieje możliwość podzielenia przedmiotu zamówienia na dwie niezależne części?

Uzasadnienie:

Zmiana wymiarów zewnętrznych urządzenia umożliwi oferentom zaproponowanie różnych modeli urządzeń, a co za tym idzie zwiększy ich konkurencyjność.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach (szer. × głęb. × wys.) 150 × 168 × 128 mm i czasie zatrzymania się maksimum 3 s.

W imieniu Zamawiającego informację przekazała
Mgr Renata Michałowska