

WNB.272.4.2020.AM

Wrocław, 31.08.2020 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dostawa cieplarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła magnetycznego 1 szt., pH-
metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt.

Zamawiający informuje, że w dniu 31.08.2020 r. wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przygotowuje wyjaśnienia treści SIWZ i udziela na nie wyjaśnień:

pytanie nr 1

Dotyczy: część 1.4 – mieszadło magnetyczne:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie mieszadła działającego w zakresie 100 – 1 500 rpm?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie urządzenia o ww. parametrach.

pytanie nr 1

Dotyczy: część 1.2 – worteks:

Czy dopuszczą Państwo urządzenie o prędkości 0-2500 obr/min?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie urządzenia o ww. parametrach.

W imieniu Zamawiającego

Anna Masalska