

WNB.272.4.2020.AM

Wrocław, 02.09.2020 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dostawa ciepłarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła magnetycznego 1 szt., pH-
metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt.

Zamawiający informuje, że w dniu 01.09.2020 r. wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przygotowuje wyjaśnienia treści SIWZ i udziela na nie wyjaśnień:

pytanie nr 1

Dotyczy: część 1.4 – mieszadło magnetyczne:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o innym zakresie obrotów niż 0 – 2000rpm? Z rozeznania rynku wynika, że nie ma mieszadeł magnetycznych spełniających jednocześnie wszystkie wymagania wskazane w specyfikacji.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia osiągającego obroty w zakresie co najmniej od 100-1500 rmp.

Zamawiający zmienia treść SIWZ:

było: zakres prędkości: co najmniej 0-2000 obr./min.

jest: zakres prędkości: co najmniej 100-1500 obr./min.

oraz

było: interfejs RD232

jest: interfejs RS232

Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zmienia terminy:

składania ofert: do 09.09.2020 r. do godziny 11:30

otwarcie ofert: 09.09.2020 godzina 12:00

Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W imieniu Zamawiającego

Anna Masalska