

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie astronomicznych odbiorników radiowych do Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Białkowie, gmina Wińsko:

Zadanie 1. Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego radioteleskopu do obserwacji radiowych słońca i innych obiektów astrofizycznych dla Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie.

Zadanie 2. Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego interferometru radiowego do prowadzenia obserwacji wybranych obiektów astronomicznych dla Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie.”

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi w trybie o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[Proszę o doprecyzowanie punktów:

„III. Specyfikacja innych istotnych wymagań dla interferometru:

17. Dostarczony interferometr musi spełniać wszystkie wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Polski oraz Unii Europejskiej i posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i uzgodnienia, w tym w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.

18. Dostarczony interferometr musi być fabrycznie nowy.”]

Pytanie 1:

Ad 17. Proszę o uszczegółowienie zakresu bezpieczeństwa Interferometru dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej.

Odpowiedź nr 1

Poszczególne podzespoły interferometru będą zasilane energią elektryczną. W związku z powyższym muszą one spełniać warunki obowiązujące inne urządzenia zasilane energią elektryczną.

Pytanie 2:

Ad 18. Interferometr będący przedmiotem zamówienia zostanie zbudowany z dostępnych na rynku podzespołów oraz podzespołów dedykowanych wyprodukowanych przez wykonawcę pod specyfikację zamówienia. Jak w tym wypadku należy rozumieć zapis mówiący że interferometr musi być fabrycznie nowy?

Odpowiedź nr 2

Zapis mówiący o tym, że interferometr ma być fabrycznie nowy należy rozumieć z w ten sposób, że ani cały interferometr, ani żaden z podzespołów zastosowanych do jego produkcji nie może być wcześniej używany.

Pytanie 3:

Zwracam się również z prośbą o udostępnienie poniższych załączników niezbędnych do złożenia oferty w formie plików edytowalnych:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Zadania 1 i Zadania 2;

Załącznik nr 1b – Kalkulacja ceny dla Zadania 2;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dotyczące przesłanek wykluczenia dla Zadania 1 i Zadania 2;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 Pzp – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Zadania 1 i Zadania 2;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp dla Zadania 1 i Zadania 2;

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zamieszcza załączniki niezbędne do złożenia oferty w formie plików edytowalnych.

Komisja Przetargowa
PRZEWODNICZĄCA
Barczyk
mgr Agnieszka Barczyk

