



WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

DZIEKANAT

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 29 79 | +48 71 375 22 21
fax +48 71 375 28 95

wnb@uwr.edu.pl | www.biologia.uni.wroc.pl

WNB.2710.6.2020.AM

Wrocław, 21.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe pn. **Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem**

INFORMACJA NR 1

Wykonawcy

Zamawiający Wydział Nauk Biologicznych zawiadamia, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania, na które WNB udziela wyjaśnień.

Pytanie 1

Bardzo proszę o odpowiedź dotyczącą wyposażenia dodatkowego do komory laminarnej: trzy lampy UV z licznikiem:

Czy Zamawiający ma na myśli lampy UV na statywie do pomieszczenia, przepływowe w czasie działania których może przebywać pracownik? Czy lampy UV bezpośredniego działania, które dezynfekują pomieszczenie podczas nieobecności pracownika?

Zamawiający ma na myśli lampy przepływowe, w czasie działania których może przebywać pracownik.

Ponadto Zamawiający wprowadza do treści zapytania ofertowego następujące zmiany:

1. Termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 18.12.2020 r.
2. Termin składania ofert ulega przedłużeniu do 23.10.2020 do godziny 12:00. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert elektronicznie na adres: anna.masalska.uwr.edu.pl.

W imieniu Zamawiającego,
Anna Masalska