

Wrocław, dnia 26 października 2016 r.

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego nr **WB.2410.8.2016.RM** na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego do rejestracji obrazów komórek z możliwością obserwacji w świetle przechodzącym oraz kontraście fazowym dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr.

Wyjaśnienie do zapytania nr 1

1. Użyte w nazwie postępowania sformułowanie: "...z możliwością obserwacji w kontraście fazowym.. " nie znajduje potwierdzenia w pełni w opisie przedmiotu zamówienia – wymagany kondensor jest do tego celu przeznaczony, natomiast obiektywy nie. Czy chodzi o mikroskop z możliwością rozbudowy do tej techniki, czy jest ona wymagana w dostawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przy dostawie obiektywów zapewniających kontrast fazowy a jedynie kontrast Nomarskiego. Mikroskop ma mieć możliwość rozbudowy to tej techniki poprzez doposażenie w przyszłości o odpowiednie obiektywy.

2. Czy w dniu 31.10.2016 wskazany do złożenia oferty dział pracuje, czy może jest to dzień wolny? Prosimy wtedy o wskazanie miejsca złożenia przesyłki kurierskiej w tym dniu.

Odpowiedź:

W dniu 31.10.2016 wskazany w zapytaniu ofertowym dział nie pracuje, oferty należy złożyć w sekretariacie Dziekanów parter, pokój 0.09 .

W imieniu Zamawiającego:

Renata Michałowska

Pełnomocnik dziekana Wydziału Biotechnologii ds. finansowych

